

Termo de Revogação

Processo Revogado no dia 20/12/2021 às 08:07:52 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: A secretária optou por cancelar o pregão para corrigir erro na descrição do produto por entender que a descrição do item 1 não contempla as necessidades do município.

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista Setor de Compras Pregão Eletrônico - 085/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/12/2021 08:47	09/12/2021 10:00	16/12/2021 10:00	21/12/2021 10:00	21/12/2021 10:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
15/12/2021 - 17:13	Pedido de esclarecimento	20/12/2021 - 08:00

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE SANTANA DA BOA VISTA – RS
REFERENTE : PE 85/2021- APARELHO DE ULTRASSOM

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. ("GE Healthcare") pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, vem por meio desta requerer o quanto segue:

DO DESCRITIVO TÉCNICO:

A) Edital pede : Strain Rate pelo método bidimensional

GEHC esclarece : Entendemos que as necessidades descritas no descritivo deste Certame se concentram no diagnóstico de Strain por Speckle Tracking que avalia a medida da deformação do músculo cardíaco . Serão aceitos Equipamentos com tecnologia avançada de software de strain cardíaco pela metodologia de speckle tracking ?

Certos da vossa atenção ao nosso pedido, pedimos deferimento.

Obrigada, Andrea Astolpho / GEHC

A secretária optou por cancelar o pregão para corrigir erro na descrição do produto por entender que a descrição do item 1 não contempla as necessidades do município.

08/12/2021 - 14:25 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 02 - ELETROCARDIOGRAFO 10/12/2021 - 13:14

Prezado Pregoeiro e Comissão de Licitação!

Solicitamos esclarecimentos referentes ao Item 02 - Eletrocardiógrafo, conforme explicamos abaixo:

Foi solicitado "conectividade wifi" informamos que o modelo ofertado atende plenamente o edital, entretanto o mesmo possui conexão via rede cabeada. Sendo assim solicito aceite da tecnologia ofertada no na configuração proposta para o TC10 da Philips neste pleito?

Diante do exposto acima, aguardamos retorno e agradecemos a atenção!

COREMED LTDA

O Eletrocardiógrafo deve possuir conexão Wifi conforme descrito no Termo de Referência.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS, PAINEL DE CONTROLE COM MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO. ZOOM CONGELADO E EM E PELO MENOS ATÉ 10X. MÍNIMO DE TRÊS PORTAS PARA TRANSDUTORES COM SELEÇÃO ELETRÔNICA E SEM ADAPTADORES, DOPPLER COLORIDO, PULSADO E CONTÍNUO, DOPPLER TECIDUAL COLORIDO E ESPECTRAL INCLUÍDO NO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, COLOR POWER DOPPLER E DOPPLER DIRECIONAL; MODO-M; M+ DOPPLER COLOR; MODO M ANATÔMICO. TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAS COM TECNOLOGIA DE BANDA LARGA, SELEÇÃO DE FREQUÊNCIAS INDEPENDENTES PARA 2D E DOPPLER PULSADO E CONTÍNUO. TAXA DE AMOSTRAGEM (FRAME RATE) DE PELO MENOS 250 FPS PARA IMAGEM 2D. FAIXA DINÂMICA DE NO MÍNIMO 120DB HARMÔNICA DE TECIDO E HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. ECO DE STRESS INTEGRADO AO EQUIPAMENTO E COM PROTOCOLOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO . RESTO DESCRIÇÃO CONFORME TR	225.034,00	1	-	UN	Cancelado



0002	ELETROCARDIOGRAFO COM MONITOR, 12 CANAIS, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, COM CONECTIVIDADE WIFI, IMPRESSÃO DIRETO NO COMPUTADOR, EM FORMATO A4. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA EQUIPAMENTOS E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS.	9.411,34	1	- UN	Cancelado
------	---	----------	---	------	-----------

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/12/2021	EDITAL DE PREGÃO N° 085.pdf
20/12/2021	Memorando.pdf

Propostas Enviadas

0000 - Aparelho de ultrassonografia, transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico. Transdutores multifrequenciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. . Resto descrição conforme TR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
Deserto		

0000 - Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em formato A4. Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	17/12/2021 - 16:41:54

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

0001 - Aparelho de ultrassonografia, transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M Anatômico. Transdutores multifrequenciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB



harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. . Resto descrição conforme TR

0002 - Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em formato A4. Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/12/2021 - 08:07:52	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro.
20/12/2021 - 08:07:52	Sistema	Motivo: A secretária optou por cancelar o pregão para corrigir erro na descrição do produto por entender que a descrição do item 1 não contempla as necessidades do município.

Juliana Lucas Pereira
Pregoeiro

Claiton Oliveira da Silva
Apoio

Julia Nunes Garcia
Apoio

