

# PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista  
Setor de Compras  
Pregão Eletrônico - 085/2021

| Fornecedor  | CPF/CNPJ | Data               | Assunto  | Situação           | Questionamento  |
|---|----------|--------------------|--|--------------------|---|
| -   | -        | 15/12/2021 - 17:13 | Pedido de esclarecimento                               | 20/12/2021 - 08:00 | <p>AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE SANTANA DA BOA VISTA – RS<br/>REFERENTE : PE 85/2021- APARELHO DE ULTRASSOM</p> <p>GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. ("GE Healthcare") pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, vem por meio desta requerer o quanto segue:</p> <p>DO DESCRITIVO TÉCNICO:<br/>A) Edital pede : Strain Rate pelo método bidimensional</p> <p>GEHC esclarece : Entendemos que as necessidades descritas no descritivo deste Certame se concentram no diagnóstico de Strain por Speckle Tracking que avalia a medida da deformação do músculo cardíaco . Serão aceitos Equipamentos com tecnologia avançada de software de strain cardíaco pela metodologia de speckle tracking ?</p> <p>Certos da vossa atenção ao nosso pedido, pedimos deferimento.</p> <p>Obrigada, Andrea Astolpho / GEHC</p> |
| <p>Resposta: A secretária optou por cancelar o pregão para corrigir erro na descrição do produto por entender que a descrição do item 1 não contempla as necessidades do município.</p> |          |                    |  |                    |   |
| -   | -        | 08/12/2021 - 14:25 | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 02 - ELETROCARDÍOGRAFO | 10/12/2021 - 13:14 | <p>Prezado Pregoeiro e Comissão de Licitação!</p> <p>Solicitamos esclarecimentos referentes ao Item 02 - Eletrocardiografo, conforme explicamos abaixo:</p> <p>Foi solicitado "conectividade wifi" informamos que o modelo ofertado atende plenamente o edital, entretanto o mesmo possui conexão via rede cabeada. Sendo assim solicito aceite da tecnologia ofertada no na configuração proposta para o TC10 da Philips neste pleito?</p> <p>Diante do exposto acima, aguardamos retorno e agradecemos a atenção!</p> <p>COREMED LTDA</p>   |
| <p>Resposta: O Eletrocardiografo deve possuir conexão Wifi conforme descrito no Termo de Referência.</p>  |          |                    |  |                    |   |

