

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista
Comissão de Licitações
Pregão Eletrônico - 008/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/03/2022 11:11	15/03/2022 10:00	22/03/2022 10:00	25/03/2022 10:00	25/03/2022 10:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
21/03/2022 - 16:15	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	23/03/2022 - 09:35	Indeferido	

A empresa Canon Medical Systems do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 46.563.938/0014-35, vem, nos termos da Lei Federal e suas alterações, solicitar ESCLARECIMENTO dos termos do edital da licitação em epígrafe, visando esclarecer os termos do edital quanto as questões Técnicas no ITEM 01 – APARELHO DE ULTRASSOM, pelos seguintes motivos:

ESCLARECER:

Onde se lê: WIFI

 Alterar para: [Retirar]

 Justificativa: A alteração permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.

Onde se lê: mínimo de 1.800 frames/seg

 Será aceito: mínimo de 1.100 frames/seg

 Justificativa: O frame rate diz respeito à taxa de imagens exibidas a cada segundo, uma taxa elevada garante maior resolução e velocidade de exibição da imagem, porém, o olho humano possui limitações, e acima de uma taxa de 200fps, qualquer alteração já não é mais perceptível à olho nu.

Portanto, a alteração não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na resolução da imagem.

Onde se lê: faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db

 Será aceito: faixa dinâmica de igual ou superior a 210 db

 Justificativa: A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que a imagem possui, e como um todo o contraste da imagem.

Os equipamentos de ultrassom atuais possuem diversos softwares de melhoria de imagem em comparação com equipamentos antigos onde a imagem era mais "pura", sendo assim podemos afirmar que um equipamento com número inferior de faixa dinâmica pode desempenhar melhor que equipamentos com números mais elevados, justamente pela presença desses softwares.

Onde se lê: com tela digital touch screen de no mínimo 12"

 Será aceito: com tela digital touch screen de no mínimo 10"

 Justificativa: A alteração permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.

Onde se lê: Fonte bivolt automático

 Será aceito: Fonte bivolt automático ou através de nobreak bivolt automático

 Justificativa: Ampla concorrência

Em resposta a sua solicitação informamos:

- A conectividade WIFI está presente em diversos equipamentos e facilita a transferência de dados. Mantemos o solicitado no descritivo.
- A taxa de quadros por segundo é importante na visão geral da qualidade de imagem. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Entendemos que a faixa dinâmica é de grande importância na formação de imagem de qualidade. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Uma tela touch screen de 12" ou maior, ajuda na visualização dos comandos e no workflow. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Bivolt automático evita acidentes que possam prejudicar o equipamento. Mantemos o solicitado no descritivo.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/03/2022 - 15:08	ESCLARECIMENTO SIEMENS - PREGÃO Nº 08/2022 - PREFEITURA DE SANTANA DA BOA VISTA	23/03/2022 - 09:17



A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, interessada em participar da PREGÃO Nº 08/2022, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. QUANTO AO PRAZO SOLICITADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/CHAMADOS

Solicita o edital: " 5.1.4. Atender, de imediato, as solicitações relativas (...)

Informamos que possuímos um serviço de UPTIME SERVICE, atendimento de assistência técnica no número: 0800-55-48-38 com abertura de chamado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sendo realizado o atendimento remoto especializado no próximo dia útil da abertura do chamado e, se preciso, atendimento presencial em até 24 horas úteis.

O prazo de reparo para os que envolvam peças com importação deve ser 15 (quinze) dias úteis, tendo em vista que é um processo de importação e fiscalização da ANVISA e Receita Federal, sendo que a Siemens não tem controle. Portanto, baseado no tempo médio de desembaraço é prudente colocarmos 15 dias úteis. Podemos considerar que atendemos a necessidade da instituição através desse atendimento?

2. QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO

Solicita o edital: " 5.1.12. Ministrando treinamento aos profissionais (...).

Informamos ao órgão que a proposta da Siemens oferecerá junto ao equipamento, o treinamento de 16 horas (2 dias) para operação do equipamento que será realizado assim que o equipamento estiver instalado. Logo, entende-se que a solicitação do edital será atendida com o fornecimento do treinamento, estamos corretos com nosso entendimento ?

3. QUANTO À CONDIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA

Solicita o edital: "CLAUSULA NONA - 9.2 – Caso seja necessário o uso da garantia sobre esses produtos por problemas detectados, a contratada terá prazo de 15 (quinze) dias (...)"

Informamos que caso os equipamentos apresentem defeitos durante o prazo de garantia, os mesmos serão devidamente reparados e não substituídos.

Não faz sentido a substituição imediata do equipamento quando da apresentação de falhas; para tanto, há o prazo de garantia do equipamento.

Ainda, os equipamentos médicos são complexos, de grande porte, de procedência estrangeira e fabricados sob demanda, o que prejudica a logística de substituição e entrega de novos dispositivos.

Ressaltamos que a substituição dos equipamentos ocorrerá apenas em última instância; sendo aplicável somente nos casos em que se realmente constate a impossibilidade de reparo ou quando o equipamento for entregue em desacordo com as especificações do edital.

Caso seja, de fato, necessário a substituição do equipamento, o prazo necessário para tanto será de 60 (sessenta) dias, considerando que este equipamento é fabricado sob demanda, para atender especificamente as exigências do edital, e, portanto, não há estoque para pronta entrega.

Aguardamos as respostas para participação no pregão

Em resposta a sua solicitação segue as informações:

1. Entendemos que por se tratar de um equipamento complexo é necessário Técnico especializado para atendimentos de chamado de manutenção, sendo desta forma, consideramos atendimento presencial realizado em até 24 horas úteis.
2. Aceitamos o treinamento de uso do equipamento de 16 horas , aplicados em 2 dias.
3. Entendemos que o equipamento de ultrassom é complexo e fabricado sob demanda. A solicitação do edital tem efeito para os outros itens que são de pequeno porte encontrados no mercado nacional.

16/03/2022 - 12:51

Esclarecimento

17/03/2022 - 09:55

Pedido de esclarecimento

Ref.: PE 008/2022 , Item 2 - 1 Eletrocardiógrafo

Serão aceitos eletrocardiógrafos que tenham comunicação via cabo USB com o computador, para impressão em papel A4?

Obrigada.

Bom dia, conforme a Secretaria Solicitante, serão aceitos eletrocardiógrafos que tenham comunicação via cabo USB com o computador.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
--------	---------	---------------	------	-----------	---------	-------------



0001	ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, EQUIPAMENTO ECOGRAFO COM PLATAFORMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, COM NO MÍNIMO 1.000.000 DE CANAIS DIGITAIS, INTERFACE PARA USUÁRIO EM PORTUGUÊS/ INGLÊS, CONECTIVIDADE DICOM PC E USB, WIFI; DISCO RÍGIDO DE IGUAL OU SUPERIOR A 500 GB, FAIXA DINÂMICA DE IGUAL OU SUPERIOR A 280 DB, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO AVI, JPEG E MPEG; CAPACIDADE PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS ESTENDIDAS/ PANORÂMICAS, PROCESSAMENTO DE IMAGENS 2D EM FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL E HARMÔNICA, PACOTES COMPLETOS DE CÁLCULOS OBSTÉTRICOS, GINECOLÓGICOS, ABDOMINAL GERAL, PEDIÁTRICOS, UROLÓGICOS, CEREBROVASCULAR, MÚSCULO - ESQUELÉTICO, PEQUENAS PARTES, MAMÁRIA, VASCULARES E CARDÍACO, PLATAFORMA PARA INTERVENÇÃO (BIÓPSIA); PROTOCOLOS DE FÁBRICA COM POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, PRESETS PARA MEDIDAS GERAIS (DISTÂNCIA, ÂNGULO, VOLUME...); AQUISIÇÃO DE IMAGEM EM TEMPO REAL (MÍNIMO DE 1.800 FRAMES/SEG.); CINE IGUAL OU MAIOR QUE 1.100 QUADROS. EQUIPAMENTO COM NO MÍNIMO 4 PORTAS ATIVAS PARA CONEXÃO DE 4 TRANSDUTORES SIMULTÂNEOS, SELECIONÁVEIS PELO PAINEL, LIGADOS DIRETAMENTE AO APARELHO SEM ADAPTADORES, SEM CONSIDERAR O CONECTOR TIPO CANETA PARA DOPPLER CEGO (PEDOFF); CONSOLE COM RODÍZIOS INDEPENDENTES, COM TRAVAS EM TODOS OS RODÍZIOS, COM AJUSTE DE ALTURA E REGULAGEM LATERAL DO PAINEL, COM TELA DIGITAL TOUCH SCREEN DE NO MÍNIMO 12"; MONITOR DE LCD OU LED COM NO MÍNIMO DE 21", DEFINIÇÃO DE NO MÍNIMO 1024 X 768 COM PELO MENOS 256 TONS DE CINZA, PAINEL COM TECLADO ALFANUMÉRICO FÍSICO; EQUIPADOS COM MODOS B, M, DOPPLER (EM CORES, ESPECTRAL E POWER DOPPLER), DUAL B/B, M/B,4B, DOPPLER/B, TRIPLEX SIMULTÂNEO, DUAL, POWER DOPPLER E POWER DOPPLER DIRECIONAL, DOPPLER CONTINUO E TRACK-BALL PARA MANUSEIO DE COMANDOS NA TELA; SOFTWARE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, DE ALTA VELOCIDADE PARA RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS 3D FREEHAND ADQUIRIDAS EM MODO B E DOPPLER COLORIDO OU POWER DOPPLER; DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA	254.966,00	1	- UN	Homologado
0002	ELETROCARDIOGRAFO COM MONITOR, 12 CANAIS, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, COM CONECTIVIDADE WIFI, IMPRESSÃO DIRETO NO COMPUTADOR, EM FORMATO A4. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA EQUIPAMENTOS E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS.	9.411,34	1	- UN	Homologado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/03/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 008 - 2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/03/2022 - 10:34	Negociação aberta para o processo 008/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2022 - 10:34	Negociação aberta para o processo 008/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2022 - 10:35	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/03/2022 às 12:40.
25/03/2022 - 12:57	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2022 - 12:59	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/03/2022 - 16:28	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2022 - 10:49	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2022 - 12:38	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/03/2022 - 15:11	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2022 - 10:09	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2022 - 15:52	Documentos solicitados para o processo 008/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, equipamento ecógrafo com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows 10, com no mínimo 1.000.000 de canais digitais, interface para usuário em português/ inglês, conectividade DICOM PC e USB, WIFI; disco rígido de igual ou superior a 500 GB, faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia); protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...); aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1.800 frames/seg.); Cine igual ou maior que 1.100 quadros. Equipamento com no mínimo 4 portas ativas para conexão de 4 transdutores simultâneos, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, com ajuste de altura e regulagem lateral do painel, com tela digital touch screen de no mínimo 12"; monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21", definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza, painel com teclado alfanumérico físico; Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, Power Doppler e Power Doppler direcional, Doppler contínuo e track-ball para manuseio de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler; DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA</p>	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	ACUSON JUNIPER	PROPRIO	212.000,00	1	212.000,00
------	--	--------------------------------------	----------------	---------	------------	---	------------



0002	Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em formato A4. Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CARDIOCARE 2000	BIONET	5.799,00	1	5.799,00
------	--	--	-----------------	--------	----------	---	----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inidôniade	DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, equipamento ecógrafo com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows 10, com no mínimo 1.000.000 de canais digitais, interface para usuário em português/ inglês, conectividade DICOM PC e USB, WIFI; disco rígido de igual ou superior a 500 GB, faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia); protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...); aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1.800 frames/seg.); Cine igual ou maior que 1.100 quadros. Equipamento com no mínimo 4 portas ativas para conexão de 4 transdutores simultâneos, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, com ajuste de altura e regulagem lateral do painel, com tela digital touch screen de no mínimo 12"; monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21", definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza, painel com teclado alfanumérico físico; Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, Power Doppler e Power Doppler direcional, Doppler contínuo e track-ball para manuseio de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler; DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31.422.307/0001-04	23/03/2022 - 20:52:39	DC-60 Exp	Mindray	1	R\$ 254.000,00	R\$ 254.000,00	Não
IMP Equipamentos Médicos Ltda	10.625.395/0001-71	24/03/2022 - 11:14:26	HS70 EX	SAMSUNG	1	R\$ 254.966,00	R\$ 254.966,00	Não
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	09.134.634/0001-01	24/03/2022 - 15:01:51	HS40 EX	SAMSUNG/SAMSUNG	1	R\$ 254.900,00	R\$ 254.900,00	Sim
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0006-02	24/03/2022 - 22:41:31	ACUSON JUNIPER	PROPRIO	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	Não



**0002 - Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em formato A4.
Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	23/03/2022 - 09:09:04	MAX ECG	CONTEC	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Sim
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI	34.680.592/0001-51	24/03/2022 - 11:01:07	ECG-5512B / ANVISA: 80901119003	3RAY / GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., L	1	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	24/03/2022 - 12:00:46	CARDIOCARE 2000	MD	1	R\$ 9.411,30	R\$ 9.411,30	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	24/03/2022 - 12:03:35	COMEN-CM1200B	COMEN-CM1200B	1	R\$ 9.411,34	R\$ 9.411,34	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	24/03/2022 - 15:40:20	CARDIOCARE 2000	BIONET	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Sim
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	03.620.716/0001-80	24/03/2022 - 16:01:57	ELISHA	MARCA PRÓPRIA	1	R\$ 9.411,34	R\$ 9.411,34	Não
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	24/03/2022 - 16:15:59	CARDIOTOUCH 3000	BIONET/BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL	1	R\$ 9.411,00	R\$ 9.411,00	Não
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	24/03/2022 - 16:30:32	CARDIOCARE 2000	BIONET	1	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	Sim
SILVIO VIGIDO	21.276.825/0001-03	24/03/2022 - 16:48:09	ECG1200G	CONTEC / CONTEC	1	R\$ 9.411,34	R\$ 9.411,34	Sim
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	25/03/2022 - 08:03:09	Eletrocardiógrafo com monitor	md	1	R\$ 113.816,80	R\$ 113.816,80	Sim
TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.196.906/0001-40	25/03/2022 - 08:33:46	ECG 100L	PROLIFE	1	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	Sim
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	19.001.659/0001-90	25/03/2022 - 09:29:56	CM1200B	COMEN/Shenzhen Comen Medical Instruments	1	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	03.620.716/0001-80	60 dias
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	95.433.397/0001-11	60 dias
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	60 dias
IMP Equipamentos Médicos Ltda	10.625.395/0001-71	60 dias
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	150 dias
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	60 dias
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0006-02	60 dias
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI	34.680.592/0001-51	60 dias
SILVIO VIGIDO	21.276.825/0001-03	60 dias
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	60 dias
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	09.134.634/0001-01	60 dias
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31.422.307/0001-04	60 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	60 dias
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	19.001.659/0001-90	60 dias
SALVI, LOPES CIA. LTDA	82.478.140/0001-34	60 dias
TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.196.906/0001-40	60 dias

Lances Enviados

0001 - ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, equipamento ecógrafo com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows 10, com no mínimo 1.000.000 de canais digitais, interface para usuário em português/ inglês, conectividade DICOM PC e USB, WIFI;



disco rígido de igual ou superior a 500 GB, faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia); protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...); aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1.800 frames/seg.); Cine igual ou maior que 1.100 quadros. Equipamento com no mínimo 4 portas ativas para conexão de 4 transdutores simultâneos, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, com ajuste de altura e regulagem lateral do painel, com tela digital touch screen de no mínimo 12"; monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21", definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza, painel com teclado alfanumérico físico; Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, Power Doppler e Power Doppler direcional, Doppler contínuo e track-ball para manuseio de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler; **DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA**

Data	Valor	CNPJ
23/03/2022 - 20:52:39	254.000,00 (proposta)	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
24/03/2022 - 11:14:26	254.966,00 (proposta)	10.625.395/0001-71 - IMP Equipamentos Médicos Ltda
24/03/2022 - 15:01:51	254.900,00 (proposta)	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
24/03/2022 - 22:41:31	250.000,00 (proposta)	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
25/03/2022 - 10:16:11	249.900,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:17:26	248.000,00	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
25/03/2022 - 10:17:31	249.000,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:18:35	245.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25/03/2022 - 10:19:51	244.900,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:20:12	244.000,00	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
25/03/2022 - 10:21:17	242.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25/03/2022 - 10:22:14	241.000,00	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
25/03/2022 - 10:22:29	240.000,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:22:48	239.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25/03/2022 - 10:23:10	235.000,00	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
25/03/2022 - 10:23:37	234.900,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:23:55	230.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25/03/2022 - 10:24:24	229.900,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:24:27	220.000,00	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
25/03/2022 - 10:24:59	219.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25/03/2022 - 10:25:10	215.000,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:25:18	212.000,00	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
25/03/2022 - 10:25:45	211.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25/03/2022 - 10:27:13	214.000,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
25/03/2022 - 10:28:58	200.000,00	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25/03/2022 - 10:29:12	210.000,00	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI



0002 - Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em formato A4.**Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios.**

Data	Valor	CNPJ
23/03/2022 - 09:09:04	9.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
24/03/2022 - 11:01:07	9.400,00 (proposta)	34.680.592/0001-51 - Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI
24/03/2022 - 12:00:46	9.411,30 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
24/03/2022 - 12:03:35	9.411,34 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda
24/03/2022 - 15:40:20	9.000,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
24/03/2022 - 16:01:57	9.411,34 (proposta)	03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
24/03/2022 - 16:15:59	9.411,00 (proposta)	95.433.397/0001-11 - Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
24/03/2022 - 16:30:32	9.400,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
24/03/2022 - 16:48:09	9.411,34 (proposta)	21.276.825/0001-03 - SILVIO VIGIDO
25/03/2022 - 08:03:09	113.816,80 (proposta)	82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA
25/03/2022 - 08:33:46	9.400,00 (proposta)	11.196.906/0001-40 - TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2022 - 09:29:56	9.400,00 (proposta)	19.001.659/0001-90 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
25/03/2022 - 10:16:21	8.999,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:16:30	8.998,00	34.680.592/0001-51 - Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI
25/03/2022 - 10:17:38	8.997,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
25/03/2022 - 10:17:51	8.500,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:18:02	8.490,00	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
25/03/2022 - 10:18:18	8.400,00	19.001.659/0001-90 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
25/03/2022 - 10:18:26	8.000,00	95.433.397/0001-11 - Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
25/03/2022 - 10:18:35	7.900,00	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
25/03/2022 - 10:18:45	7.500,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:18:55	7.800,00	11.196.906/0001-40 - TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2022 - 10:19:06	7.400,00	95.433.397/0001-11 - Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
25/03/2022 - 10:19:46	7.200,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:20:11	7.000,00	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
25/03/2022 - 10:21:36	6.500,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda
25/03/2022 - 10:21:44	7.108,00	21.276.825/0001-03 - SILVIO VIGIDO
25/03/2022 - 10:22:34	6.300,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:23:09	6.300,10	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:23:32	6.200,00	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
25/03/2022 - 10:23:39	6.760,00	19.001.659/0001-90 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
25/03/2022 - 10:23:40	6.199,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:23:58	6.498,00	34.680.592/0001-51 - Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI
25/03/2022 - 10:24:17	6.150,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:24:39	6.149,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:24:53	6.100,00	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
25/03/2022 - 10:25:06	6.000,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA



25/03/2022 - 10:25:14	6.099,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:25:24	5.999,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:25:36	5.900,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:26:48	5.899,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:27:02	5.890,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:27:19	7.899,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
25/03/2022 - 10:27:20	5.889,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:27:43	5.850,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:27:49	5.849,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:28:03	5.800,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2022 - 10:28:43	5.799,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
25/03/2022 - 10:29:06	5.750,00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/03/2022 - 13:16:49	09.134.634/0001-01 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	HS40_XH40_v1.04.00-00_pt-br_compressed.pdf
0002	25/03/2022 - 14:03:00	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA	ANVISA - ELETRO ECG12.pdf
0002	25/03/2022 - 14:03:08	20.444.829/0001-90 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA	CATALOGO - ELETROCARDIOGRAFO MAX ECG 12.pdf
0001	25/03/2022 - 16:38:10	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Proposta final (2).pdf
0002	28/03/2022 - 13:18:48	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MANUAL+CATÁLOGO+PROPOSTA REALINHADA.zip
0001	28/03/2022 - 17:57:14	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Indice Remissivo (2).pdf
0001	29/03/2022 - 15:18:58	31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.pdf
0001	07/04/2022 - 17:37:16	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	07_Alt_AFE_Fábrica_12.Jun.2018.pdf
0001	07/04/2022 - 17:37:16	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	Diario oficial - Equipamento.pdf
0001	07/04/2022 - 17:37:16	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	Proposta Final_PREF_SANTANA_BOA_VISTA_US_SUL.pdf
0001	07/04/2022 - 17:37:16	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	Proposta Final_PREF_SANTANA_BOA_VISTA_US_SUL - Rel. de aud.pdf
0001	07/04/2022 - 17:37:16	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	Procuração Finance_val_11.10.2022.Autenticada.pdf
0001	07/04/2022 - 17:37:16	01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	Procuração Finance_val_11.10.2022.Declaração.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:03	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	-	CNPJ
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:03	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:03	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	27/05/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:04	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	27/05/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS



CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:04	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	20/05/2022	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:04	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	20/05/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:05	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	20/05/2022	LICENÇA SANITÁRIA/ALVARA SANITARIO
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:05	Caroline Goulart Luchtemberg	-	-	23/03/2022	-	Contrato Social
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:05	Caroline Goulart Luchtemberg	-	01	23/03/2022	20/05/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:05	Caroline Goulart Luchtemberg	-	01	23/03/2022	15/07/2022	Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:06	Caroline Goulart Luchtemberg	-	01	23/03/2022	20/05/2022	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE)
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:07	Caroline Goulart Luchtemberg	01	01	23/03/2022	08/07/2022	REGISTRO NA ANVISA do equipamento
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	23/03/2022 - 09:17	Caroline Goulart Luchtemberg	01	-	-	-	DOCUMENTOS DIVERSOS PEDIDOS NO EDITAL
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 19:58	Luciano da Silva Vasconcelos	31.422.307/0001-04	RFB	03/03/2022	-	CNPJ
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:02	Luciano da Silva Vasconcelos	3461feb977e9d834c026c0b3450b450b45	Plano Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul	07/03/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:04	Luciano da Silva Vasconcelos	0019026118	Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul	10/03/2022	08/05/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:06	Luciano da Silva Vasconcelos	2022031702505201471196	Caixa Econômica Federal	17/03/2022	15/04/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:10	Luciano da Silva Vasconcelos	096/3749811	Secretaria da Fazenda RS	15/03/2022	15/04/2022	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:12	Luciano da Silva Vasconcelos	56672058/2021	JUSTIÇA DO TRABALHO	12/12/2021	10/06/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:15	Luciano da Silva Vasconcelos	80943610066	Anvisa	21/11/2019	21/11/2029	REGISTRO NA ANVISA do equipamento
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:17	Luciano da Silva Vasconcelos	15424	Secretaria Municipal de Saúde	11/11/2021	18/10/2022	LICENÇA SANITÁRIA/ALVARA SANITARIO
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:19	Luciano da Silva Vasconcelos	-	Anvisa	06/05/2019	06/05/2024	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE)
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:23	Luciano da Silva Vasconcelos	-	-	16/08/2018	-	Contrato Social
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:25	Luciano da Silva Vasconcelos	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	03/03/2022	02/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais



MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:27	Luciano da Silva Vasconcelos	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	14/10/2021	12/04/2022	Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União
MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23/03/2022 - 20:43	Luciano da Silva Vasconcelos	80943610066	-	-	-	DOCUMENTOS DIVERSOS PEDIDOS NO EDITAL
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:53	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	-	CNPJ
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:54	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:54	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:54	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	29/04/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:54	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:55	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:55	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	LICENÇA SANITÁRIA/ALVARA SANITARIO
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:55	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	-	24/03/2022	-	Contrato Social
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:55	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:56	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 11:56	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	-	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE)
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:33	Katia Lacy Vieira de Camargo	09134623000101	RECEITA FEDERAL	10/03/2022	-	CNPJ
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:34	Katia Lacy Vieira de Camargo	9321053	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	10/03/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:35	Katia Lacy Vieira de Camargo	220140042536989	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	16/03/2022	15/05/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:36	Katia Lacy Vieira de Camargo	2022030401201590629177	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/03/2022	02/04/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS



PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:37	Katia Lacy Vieira de Camargo	09134634000101	SINTEGRA SC	10/03/2022	10/05/2022	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:38	Katia Lacy Vieira de Camargo	6259487/2022	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	22/02/2022	21/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:45	Katia Lacy Vieira de Camargo	81549250011	ANVISA	24/03/2022	24/03/2025	REGISTRO NA ANVISA do equipamento
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:46	Katia Lacy Vieira de Camargo	3855/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14/03/2022	14/03/2023	LICENÇA SANITÁRIA/ALVARA SANITARIO
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:47	Katia Lacy Vieira de Camargo	-	-	28/11/2019	-	Contrato Social
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:47	Katia Lacy Vieira de Camargo	-	5486	17/01/2022	17/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:49	Katia Lacy Vieira de Camargo	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10/03/2022	06/09/2022	Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	24/03/2022 - 14:50	Katia Lacy Vieira de Camargo	-	ANVISA	24/08/2001	24/08/2031	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE)
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 16:26	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	SECRETARIA	24/03/2022	30/04/2022	REGISTRO NA ANVISA do equipamento
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24/03/2022 - 16:29	JOÃO DOS REIS IZIDORO FILHO	4545132151325156165	-	-	-	DOCUMENTOS DIVERSOS PEDIDOS NO EDITAL
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:17	Luis Henrique de Farias Cunhas	01.449.930/0006-02	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	21/02/2022	-	CNPJ
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:18	Luis Henrique de Farias Cunhas	9266119	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	21/02/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:20	Luis Henrique de Farias Cunhas	220140027411135	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21/02/2022	22/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:21	Luis Henrique de Farias Cunhas	2022031612161723970874	Caixa Econômica Federal	17/03/2022	14/04/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:22	Luis Henrique de Farias Cunhas	257644466	Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa C	17/03/2022	16/05/2022	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:23	Luis Henrique de Farias Cunhas	6149210/2022	JUSTIÇA DO TRABALHO	21/02/2022	20/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)



SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:25	Luis Henrique de Farias Cunhas	10345162284	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	24/03/2022	24/04/2022	REGISTRO NA ANVISA do equipamento
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:28	Luis Henrique de Farias Cunhas	55625/2021	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19/04/2019	06/05/2022	LICENÇA SANITÁRIA/ALVARÁ SANITÁRIO
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:31	Luis Henrique de Farias Cunhas	-	-	25/10/2017	-	Contrato Social
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:32	Luis Henrique de Farias Cunhas	-	MUNICÍPIO DE JOINVILLE	24/02/2022	25/05/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:33	Luis Henrique de Farias Cunhas	-	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	22/02/2022	21/08/2022	Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:35	Luis Henrique de Farias Cunhas	-	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	13/07/2021	13/07/2022	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE)
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	24/03/2022 - 22:38	Luis Henrique de Farias Cunhas	11574522-ABS-001-01-01	-	-	-	DOCUMENTOS DIVERSOS PEDIDOS NO EDITAL

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/03/2022 - 16:10	04/04/2022 - 12:00	07/04/2022 - 12:00

0001 - ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, equipamento ecógrafo com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows 10, com no mínimo 1.000.000 de canais digitais, interface para usuário em português/ inglês, conectividade DICOM PC e USB, WIFI; disco rígido de igual ou superior a 500 GB, faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia); protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...); aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1.800 frames/seg.); Cine igual ou maior que 1.100 quadros. Equipamento com no mínimo 4 portas ativas para conexão de 4 transdutores simultâneos, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, com ajuste de altura e regulagem lateral do painel, com tela digital touch screen de no mínimo 12"; monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21", definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza, painel com teclado alfanumérico físico; Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, Power Doppler e Power Doppler direcional, Doppler contínuo e track-ball para manuseio de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler; **DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA**

Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	25/03/2022 - 12:48:23	Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorremos na nossa peça recursal.	Indeferido
Justificativa: A empresa apresentou mais de uma intenção de recurso.			
31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25/03/2022 - 14:28:31	O arrematante não atende nestes itens abaixo "no mínimo 1.000.000 de canais digitais" "conectividade DICOM PC e USB, WIFI" "faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db" "aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1.800 frames/seg.)" Entre outros também.	Indeferido
Justificativa: A intenção de recurso é referente a fornecedor já desclassificado.			
01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	29/03/2022 - 13:09:02	Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora conforme Ata disponibilizada no portal, não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência. A empresa não atende a condição do equipamento ser bivolt. O mesmo possui o regime de voltagem 110 V a 127V OU 220 V a 240V e não bivolt Automatico.	Indeferido
Justificativa: A empresa manifestou mais de uma intenção de recurso.			
01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	29/03/2022 - 15:37:37	Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora conforme Ata disponibilizada no portal, não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência. A empresa não atende a condição do equipamento ser bivolt. O mesmo possui o regime de voltagem 110 V a 127V OU 220 V a 240V e não bivolt Automatico.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01/04/2022 - 08:07:41	ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE BOA VISTA – RS SEGUE NOSSA PEÇA RECURSAL RECURSO - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DA BOA VISTA.pdf.	Deferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
31.422.307/0001-04 - MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05/04/2022 - 10:08	Contrarrazões Contra razões Pref Santana SIEMENS 008 2022.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
07/04/2022 - 14:53:33	Deferimos o recurso tendo em vista que a empresa hora habilitada, não se manifestou quando solicitado para comprovação de atendimento as especificações quanto a fonte de alimentação do produto ofertado e análise da Secretaria solicitante do processo. Memo127.pdf.

0002 - Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em formato A4. Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	25/03/2022 - 12:55:10	Declaramos intenção de recurso, pois a marca e modelo ofertado pelo arrematante não possui conectividade wi-fi, conforme solicita o descritivo tecnico do edital "Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em formato A4. Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios."	Indeferido
Justificativa: A intenção de recurso é referente a fornecedor já desclassificado.			

Chat

Data	Apelido	Frase
25/03/2022 - 10:01:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/03/2022 - 10:14:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



25/03/2022 - 10:14:27	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/03/2022 - 10:14:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/03/2022 - 10:14:27	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/03/2022 - 10:14:46	Pregoeiro	Bom dia
25/03/2022 - 10:14:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/03/2022 - 10:14:56	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/03/2022 - 10:15:16	Pregoeiro	Podem iniciar seus lances.
25/03/2022 - 10:15:26	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/03/2022 - 10:15:26	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/03/2022 - 10:31:08	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/03/2022 - 10:31:14	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
25/03/2022 - 10:31:14	Sistema	O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 210.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 25/03/2022 às 10:36:14.
25/03/2022 - 10:33:55	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 199.900,00.
25/03/2022 - 10:33:55	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/03/2022 - 10:34:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 199.900,00.
25/03/2022 - 10:34:39	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME com lance de R\$ 5.750,00.
25/03/2022 - 10:34:40	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
25/03/2022 - 10:35:59	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/03/2022 às 12:40.
25/03/2022 - 10:38:19	F. PAULO CAMARGO ULT...	Negociação Item 0001: Não conseguimos baixar mais o valor, estamos no limite.
25/03/2022 - 10:40:56	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2022 - 11:13:09	Pregoeiro	Enviem suas propostas finais
25/03/2022 - 11:17:15	F. PAULO CAMARGO ULT...	Documentação Item 0001: Já enviamos nossa proposta ajustada com valor limite final.
25/03/2022 - 11:19:02	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
25/03/2022 - 11:19:25	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
25/03/2022 - 12:48:23	Sistema	O fornecedor SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - S/A declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/03/2022 - 12:55:10	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/03/2022 - 12:57:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/03/2022.
25/03/2022 - 12:57:56	Sistema	Motivo: Solicito anexar manual do produto ofertado, contendo as especificações técnicas.
25/03/2022 - 12:59:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/03/2022.
25/03/2022 - 12:59:14	Sistema	Motivo: Solicito anexar manual do produto ofertado, contendo as especificações técnicas.
25/03/2022 - 13:16:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2022 - 14:03:00	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
25/03/2022 - 14:03:08	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
25/03/2022 - 14:28:01	Sistema	O fornecedor MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/03/2022 - 14:44:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/03/2022.
25/03/2022 - 14:44:01	Sistema	Motivo: Solicito anexar comprovação de que o produto ofertado atende as especificações quanto a conectividade Wifi.
25/03/2022 - 16:16:38	Sistema	O fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/03/2022 - 16:16:38	Sistema	Motivo: O fornecedor não atende a todos os requisitos exigidos no edital, referente ao item 0001 ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, ofertado no processo.
25/03/2022 - 16:16:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 200.000,00.
25/03/2022 - 16:28:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 25/03/2022.
25/03/2022 - 16:28:09	Sistema	Motivo: Solicito anexar proposta atualizada
25/03/2022 - 16:32:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 28/03/2022.
25/03/2022 - 16:32:11	Sistema	Motivo: Solicito anexar comprovação de compatibilidade do produto ofertado com as especificações exigidas no edital, referente ao item 001 Ultrassom Doppler colorido para radiologia
25/03/2022 - 16:32:45	Pregoeiro	Retornaremos na Segunda-Feira
25/03/2022 - 16:38:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/03/2022 - 10:49:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 29/03/2022.
28/03/2022 - 10:49:56	Sistema	Motivo: Solicito apresentar especificações do modelo ofertado, para comprovação de atendimento a todas as especificações solicitadas no edital



28/03/2022 - 12:18:58	Sistema	O fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
28/03/2022 - 12:18:58	Sistema	Motivo: O fornecedor não encaminhou informação solicitada quanto ao atendimento da especificação do edital, referente a conectividade WIFI, sendo assim considerado que o mesmo não atende a todos os requisitos exigidos no edital, referente ao item 0002 Eletrocardiógrafo, estando desclassificado do item.
28/03/2022 - 12:18:58	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 5.799,00.
28/03/2022 - 12:38:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 28/03/2022.
28/03/2022 - 12:38:18	Sistema	Motivo: Solicito anexar proposta atualizada do item ofertado, Item 0002 Eletrocardiógrafo com monitor.
28/03/2022 - 12:41:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 28/03/2022.
28/03/2022 - 12:41:23	Sistema	Motivo: Solicito anexar comprovação de atendimento a todas as especificações contidas no edital, referente ao modelo ofertado no item 0002.
28/03/2022 - 13:18:48	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
28/03/2022 - 17:57:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/03/2022 - 13:09:02	Sistema	O fornecedor SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - S/A declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/03/2022 - 14:23:52	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
29/03/2022 - 15:11:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 29/03/2022.
29/03/2022 - 15:11:00	Sistema	Motivo: Solicito anexar documento de consulta na Anvisa, referente ao registro do item ofertado.
29/03/2022 - 15:18:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/03/2022 - 15:31:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
29/03/2022 - 15:35:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/03/2022 às 16:10.
29/03/2022 - 15:37:37	Sistema	O fornecedor SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - S/A declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/03/2022 - 09:19:15	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/03/2022 - 09:19:15	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discurremos na nossa peça recursal.
30/03/2022 - 09:22:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/03/2022 - 09:22:40	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora conforme Ata disponibilizada no portal, não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência. A empresa não atende a condição do equipamento ser bivolt. O mesmo possui o regime de voltagem 110 V a 127V OU 220 V a 240V e não bivolt Automatico.
30/03/2022 - 09:23:37	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0001.
30/03/2022 - 09:23:37	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discurremos na nossa peça recursal.
30/03/2022 - 09:23:37	Sistema	Justificativa: A empresa manifestou mais de uma intenção de recurso
30/03/2022 - 09:45:53	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
30/03/2022 - 09:45:53	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discurremos na nossa peça recursal.
30/03/2022 - 09:45:53	Sistema	Justificativa: A empresa apresentou mais de uma intenção de recurso.
30/03/2022 - 09:48:49	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
30/03/2022 - 09:48:49	Sistema	Intenção: O arrematante não atende nestes itens abaixo "no mínimo 1.000.000 de canais digitais" "conectividade DICOM PC e USB, WIFI" "faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db" "aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1.800 frames/seg.)" Entre outros também.
30/03/2022 - 09:48:49	Sistema	Justificativa: A intenção de recurso é referente a fornecedor já desclassificado.
30/03/2022 - 09:51:59	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
30/03/2022 - 09:51:59	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora conforme Ata disponibilizada no portal, não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência. A empresa não atende a condição do equipamento ser bivolt. O mesmo possui o regime de voltagem 110 V a 127V OU 220 V a 240V e não bivolt Automatico.
30/03/2022 - 09:51:59	Sistema	Justificativa: A empresa manifestou mais de uma intenção de recurso.
30/03/2022 - 09:53:46	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
30/03/2022 - 09:53:46	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso, pois a marca e modelo ofertado pelo arrematante não possui conectividade wi-fi, conforme solicita o descritivo técnico do edital "Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direta no computador, em formato A4. Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios."
30/03/2022 - 09:53:46	Sistema	Justificativa: A intenção de recurso é referente a fornecedor já desclassificado.
30/03/2022 - 10:01:15	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 04/04/2022 às 12:00, com limite de contrarrazão para 07/04/2022 às 12:00.
01/04/2022 - 08:07:42	Sistema	O fornecedor SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - S/A enviou recurso para o item 0001.
05/04/2022 - 10:08:43	Sistema	O fornecedor MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
06/04/2022 - 10:09:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 06/04/2022.
06/04/2022 - 10:09:36	Sistema	Motivo: Solicito esclarecimentos referente a fonte de alimentação do produto ofertado, sendo que no edital está descrito que o aparelho de ultrassonografia deve conter "fonte bivolt automático com dispositivo de liga-desliga de segurança..." e analisando documentação e manual apresentados consta tensão 100-127v ou 220-240v, sendo assim a comissão entende que teria que optar por uma voltagem ou outra, portanto nessas condições não é uma fonte bivolt automática. Considera-se fonte bivolt automática aproximadamente entre 100-240v.



07/04/2022 - 14:56:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/04/2022 - 15:06:45	Sistema	O fornecedor MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pela autoridade competente.
07/04/2022 - 15:06:45	Sistema	Motivo: O fornecedor não se manifestou quando solicitado para comprovação de atendimento as especificações quanto a fonte de alimentação do produto ofertado, sendo que o equipamento deve conter fonte bivolt automático com dispositivo liga-desliga de segurança, e nos documentos apresentados só consta que o equipamento possui fonte 100-127v ou 220-240v, o qual seria com troca manual.
07/04/2022 - 15:06:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. com lance de R\$ 212.000,00.
07/04/2022 - 15:52:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 08/04/2022.
07/04/2022 - 15:52:11	Sistema	Motivo: Solicito anexar proposta atualizada
07/04/2022 - 15:54:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 08/04/2022.
07/04/2022 - 15:54:23	Sistema	Motivo: Anexar publicação do Diário Oficial, referente ao registro na Anvisa e autorização de funcionamento da empresa.
07/04/2022 - 16:15:13	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Fernanda Paliga da Rosa.
07/04/2022 - 17:37:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2022 - 10:37:28	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Garleno Alves da Silva.
08/04/2022 - 10:38:01	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Garleno Alves da Silva.
08/04/2022 - 10:40:21	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Garleno Alves da Silva.

Fernanda Paliga da Rosa

Pregoeiro

Veridiana Lopes de Sousa

Apoio

